

ENGLISH

Intended Use:

A digital thermometer is a device used to measure the body temperature of a patient by means of a transducer coupled with an electric signal amplification, conditioning, and display unit.

Safety Information:

- High, prolonged fever requires medical attention especially for young children.
Please contact your physician.
- Do not allow children to take their temperatures unattended.
- Read the enclosed instructions carefully to ensure accurate temperature readings.
Temperature readings are affected by many factors including exercise, drinking hot or cold beverages prior to taking a reading as well as technique.
- Do not allow children to walk or run during temperature taking. The rigid probe could present a hazard. Oral, underarm, and rectal temperatures vary by approximately 1°F (0.5°C).
- **WARNING:** Keep battery out of children's reach. Swallowing battery could be harmful.
Battery should not be recharged or placed into extreme heat as it may explode.
- **CAUTION:** Do not take an axillary temperature through patient's clothing. Direct probe cover to skin contact is required.
- **CAUTION:** Biting the probe tip while taking a temperature may result in damage to the probe.
- **CAUTION:** Do not autoclave. Please note the cleaning procedures described in this manual

How to take temperature:

1. Place a probe cover carefully over the tip (Figure 1). Select oral, underarm or rectal as your measurement site based on the individual requiring a temperature measurement.



Figure 1

2. Push the Multi-Function button located beside the display window. The thermometer will beep and the display will read: "188.8 °F". This is a function check indicating the unit is working properly. The last measured temperature will be displayed for approximately 2-seconds. Next the thermometer will read L°F.(or L°C)
3. The °F or °C symbol will flash when the unit is ready to measure temperature. Please note that the "□" indicates a low battery. See instructions for replacing battery before measuring temperature. Do not expect an accurate temperature reading if this low battery indicator is present. An "ERR" message in the window indicates your unit is not functioning properly.
4. Depending on the measurement site, the unit will complete measurement in 40 (rectal), 60 (oral), or approximately 90 (axillary) seconds. The display will flash and the unit will beep signaling completion.
5. Read and record the temperature and time for reference. The reading will automatically be stored in the memory.
6. Push the Multi-Function button to turn the unit off. This will prolong the battery life. If you do not turn the unit off, it will shut off automatically in approximately 10 minutes.

Oral use: (for children 4 years and older)

1. Do not drink hot or cold fluids, exercise or perform other activities that will raise or lower temperature readings when compared to your normal, average temperature. The mouth should remain closed up to 5 minutes before attempting a reading.
2. Place the probe tip well under the tongue as indicated (Figure 2).
3. Instruct children not to bite down on the probe.
4. The peak temperature should be reached in approximately 60 seconds.
Opening the mouth or improper placement of the probe tip could result in a longer time for a reading.



Figure 2

Rectal use:

1. Commonly used for babies, young children or when it is difficult to take an oral or underarm temperature.
2. After placing the probe cover on the thermometer, lubricate with a water-soluble jelly or petroleum jelly .
3. Gently insert the probe tip no more than 1/2 inch or 1.3 cm into the rectum. Do not force the tip into the rectum if resistance is encountered.
4. Dispose of the used probe cover and wash the thermometer as recommended.
5. The peak temperature should be reached in approximately 40 seconds.


Underarm (Axillary) use:

1. Wipe underarm with a dry towel.
2. Place probe tip in armpit and bring arm down against the body.
3. The probe should be pointing upward in the same direction as your body if possible.
4. The time required for an accurate underarm temperature may be 90 seconds or longer depending on placement of the probe and closure of the arm against the body.

Operation of the °F - °C feature (How to change the measuring scale) From the "OFF" position, hold down the "MULTI-FUNCTION" button for 5-sec. The thermometer will automatically change from °F - °C or °C - °F. Release the button. You may toggle between °C and °F. After 3-sec. in one scale the °C or °F will flash, indicating ready to measure.

Changing the battery:

When the "□" appears in the lower right of the display, the battery is exhausted and needs replacing. Make sure a battery of the same type is on hand and proceed as follows: Remove battery compartment lid. Use a small Phillips screwdriver to remove battery. Insert new equivalent battery type (1.55v, LR41 or SR41). Ensure battery is correctly positioned with the "+" facing up or towards the back of the unit. Carefully replace the battery compartment lid. Properly dispose of the batteries, keeping them from small children and heat.



batterie

SCREW

Standards:

Device standard: Device corresponds to the requirements of the standard for electronic thermometer ASTM E 1112, EN 12470-3, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

Electromagnetic Compatibility: Device fulfills the stipulations of the standard IEC 60601-1-2

The manufacturer recommends a calibration check every 2 years.

How to care for this product:

- Use of probe covers is recommended to help avoid spreading germs, and to keep the thermometer clean. The thermometer should be cleaned after use even when probe covers are used.
- Clean the thermometer tip and probe only using isopropyl alcohol or soap and water.
- Store the unit in the protective case while not in use.
- Do not store or keep in direct sunlight, or in high temperatures.
- Keep battery away from children.
- Do not open the thermometer except to replace the battery.
- Do not drop the thermometer, as this may ruin the unit.
- The manufacturer recommends verifying the accuracy by an authorized laboratory

FRAÇAIS

Usage prévu:

Un thermomètre numérique est un appareil utilisé pour mesurer la température d'un patient au moyen d'un transducteur associé à un dispositif d'amplification, de conditionnement et d'affichage de signal électrique.

Données de sécurité:

- Une forte fièvre prolongée exige une intervention médicale, notamment chez les jeunes enfants. Consultez votre médecin.
- Ne laissez pas les enfants prendre seuls leur température.
- Prenez soigneusement connaissance de la notice explicative pour assurer une mesure exacte de la température. De nombreux facteurs affectent les mesures de température, notamment l'effort physique, la consommation de boissons chaudes ou froides avant la prise de la température, ainsi que la technique employée.
- Ne laissez pas les enfants marcher ou courir pendant la prise de température. La tige rigide du thermomètre peut constituer un risque. Les températures orales, axillaires et rectales varient d'environ 0,5 °C (1 °F).
- **AVERTISSEMENT:** Tenir la pile hors de portée des enfants. Elle peut être dangereuse si elle est avalée. Ne pas recharger la pile ni l'exposer à une forte chaleur, au risque d'en provoquer l'explosion.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas prendre la température axillaire d'un patient au travers de ses vêtements. Il doit y avoir un contact direct entre le couvre-tige et la peau.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas mordre l'embout de la tige, au risque de l'endommager.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas passer à l'autoclave. Prendre note des consignes de nettoyage décrites dans ce manuel

Comment prendre la température:

1. Placer soigneusement un couvre-tige sur l'embout (Figure 1). Déterminer le type de mesure (orale, axillaire ou rectale) en fonction du patient.
2. Appuyer sur le bouton Multi-Function (multifonction) situé à côté de l'affichage. Le thermomètre émet un bip et l'écran affiche : "188.8 °F" pour confirmer que l'appareil fonctionne correctement. La dernière température mesurée s'affichera environ 2 secondes. Le thermomètre affichera ensuite L°F (ou L°C)
3. Le symbole °F ou °C clignote quand l'appareil est prêt à mesurer la température. Noter que "□" indique que la pile est déchargée. Se reporter aux directives de remplacement de pile. Ne pas s'attendre à une mesure exacte de la température si cet indicateur de décharge de pile s'affiche. Un message ERR s'affiche à l'écran pour indiquer que l'appareil ne fonctionne pas correctement.
4. Selon le site de prise de température, l'appareil prend la mesure en 40 secondes (température rectale), 60 secondes (température orale) ou environ 90 secondes (température axillaire). L'écran clignote et l'appareil émet un bip pour indiquer que la mesure a été prise.
5. Lire et consigner la température et l'heure pour pouvoir s'y reporter. La mesure sera automatiquement conservée en mémoire.
6. Appuyer sur le bouton Multi-Function (multifonction) pour éteindre l'appareil et conserver la pile. Si vous ne l'éteignez pas, il s'éteindra automatiquement au bout d'environ 10 minutes.



Figure 1

Température orale: (pour les enfants de 4 ans et plus)

1. Ne pas consommer de liquides chauds ou froids, ne pas faire d'efforts physiques ou autres activités pouvant faire monter ou baisser la température par rapport à la moyenne de la température normale. Garder la bouche fermée pendant 5 minutes avant de prendre la température.
2. Placer l'embout de la tige bien sous la langue comme illustré (Figure 2).
3. Demander aux enfants de ne pas mordiller la tige.
4. La température maximale sera atteinte en environ 60 secondes.
Si l'on ouvre la bouche ou si l'embout de la tige n'est pas bien placé, la mesure peut prendre plus longtemps.



Figure 2

Température rectale:

1. Cette méthode est communément employée chez les bébés et les jeunes enfants ou quand il est difficile de prendre une température orale ou axillaire.
2. Placer le couvre-tige sur le thermomètre et lubrifier avec un gel soluble ou du pétrolatum.
3. Insérer doucement la tige en n'enfonçant pas plus de 1,3 cm (1/2 pouce) dans le rectum. Ne pas forcer la tige dans le rectum si une résistance se fait sentir.
4. Jeter le couvre-tige utilisé et laver le thermomètre selon les recommandations.
5. La température maximale sera atteinte en environ 40 secondes.


Température sous l'aisselle (axillaire):

1. Essuyer l'aisselle avec une serviette sèche.
2. Placer l'embout de la tige au creux de l'aisselle et abaisser le bras.
3. La tige doit être orientée vers le haut, si possible dans la même direction que le corps.
4. La durée d'obtention d'une mesure exacte de la température peut être de 90 secondes ou plus selon le placement de la tige et la tenue du bras contre le corps.

Fonction °F - °C (comment changer l'unité de mesure): En position OFF (Arrêt), appuyer sur le bouton "MULTI-FUNCTION" (multifonction) pendant 5 secondes. Le thermomètre passera automatiquement en mode °F - °C ou °C - °F. Relâcher le bouton. Il est possible de passer de °C à °F. Au bout de 3 secondes dans une unité de mesure, le °C ou °F va clignoter pour indiquer que l'appareil est prêt.

Changement de la pile:

Quand l'indicateur "□" s'affiche en bas et à droite de l'écran, la pile est épuisée et doit être remplacée. Il faut disposer d'une pile de même type et procéder comme suit : Retirer le couvercle du compartiment de la pile. Retirer la pile à l'aide d'un petit tournevis cruciforme. Insérer une pile neuve du même type (1,55 V, LR41 ou SR41). Veiller à ce que la pile soit correctement placée, le signe + dirigé vers le haut ou vers l'arrière de l'appareil. Remettre soigneusement en place le couvercle du compartiment de la pile. Mettre la pile usagée au rebut comme il se doit en la tenant hors de portée des enfants et à l'abri de la chaleur.



batterie

Vis

Normes:

Norme de dispositif: Le dispositif correspond aux conditions de la norme pour le thermomètre électronique ASTM E 1112, EN 12470-3, LE CEI 60601-1, LE CEI 60601-1-2
Compatibilité électromagnétique: Le dispositif accomplit les conditions du CEI standard 60601-1-2
Le fabricant recommande une vérification de l'étalonnage tous les 2 ans.

Entretien:

- L'emploi de couvre-tige est recommandé pour éviter la propagation des microbes et garder le thermomètre propre. Le thermomètre doit être nettoyé après son utilisation même si des couvre-tige sont utilisés.
- Nettoyer l'embout du thermomètre uniquement à l'alcool isopropylique ou à l'eau et au savon.
- Garder l'appareil dans son étui protecteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas entreposer ou conserver exposé aux rayons directs du soleil ou à des températures élevées.
- Tenir la pile hors de portée des enfants.
- N'ouvrir le thermomètre que pour en remplacer la pile.
- Ne pas laisser le thermomètre tomber, ce qui peut l'endommager de façon irrémédiable.
- Le fabricant recommande de faire vérifier la précision de cet appareil par un laboratoire autorisé.

ESPAÑOL

Para qué se utiliza este instrumento:

Un termómetro digital es un dispositivo para medir la temperatura corporal de un paciente por medio de un transductor conectado a una unidad de amplificación, acondicionamiento y visualización de la señal eléctrica.

Información de seguridad:

- La fiebre alta y prolongada requiere atención médica, especialmente en los niños pequeños. Comuníquese con su médico.
- No permita que los niños tomen su temperatura sin supervisión.
- Para asegurarse de que las lecturas de temperatura sean correctas lea atentamente las instrucciones adjuntas. Muchos factores pueden afectar las lecturas de la temperatura incluyendo el ejercicio físico, el consumo de bebidas frías o calientes antes de tomar la temperatura, así como la técnica utilizada.
- No permita que los niños caminen o corran mientras les toma la temperatura. La sonda rígida de medición puede ser peligrosa. Las temperaturas tomadas en la boca, debajo del brazo y en el recto varían aproximadamente 1°F (0,5°C) entre sí.
- **ADVERTENCIA:** Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. Tragar una batería puede ser peligroso. La batería no debe recargarse o exponerse a temperaturas extremas ya que puede explotar.
- **PRECAUCIÓN:** No tome la temperatura axilar a través de la ropa del paciente. Es necesario el contacto directo de la cubierta de la sonda de medición con la piel.
- **PRECAUCIÓN:** Si muere la sonda de medición durante la medición de la temperatura, ésta puede dañarse.
- **PRECAUCIÓN:** No esterilizar en autoclave. Tenga en cuenta los procedimientos de limpieza descritos en este manual.

Cómo tomar la temperatura:

1. Coloque cuidadosamente la cubierta de la sonda de medición sobre el extremo del termómetro (figura 1). Seleccione el lugar de medición oral, axilar o rectal basándose en los requisitos individuales de medición de la temperatura.

Figura 1
2. Presione el botón multifunción (Multi-Function) ubicado junto a la pantalla de visualización. El termómetro emitirá un pitido y en la pantalla aparecerá: "188.8 °F". Esta es una función de control que indicará que el dispositivo está funcionando correctamente. Aparecerá la última medición de la temperatura durante aproximadamente 2 segundos. Posteriormente el termómetro mostrará L°F (o L°C).
3. El símbolo °F o °C (grados Fahrenheit/centígrados) destellará mientras el dispositivo esté realizando la medición de la temperatura. Tenga en cuenta que si en la pantalla aparece "—" indica que le falta carga a la batería. Consulte las instrucciones sobre cómo reemplazar la batería antes de medir la temperatura. Si aparece el indicador de batería baja, no espere una medición exacta de la temperatura. Si en la pantalla aparece el mensaje "ERR" indica que el dispositivo no está funcionando bien.
4. Dependiendo del lugar donde se realice la medición, el dispositivo completará la medición rectal en aproximadamente 40 segundos, la oral en aproximadamente 60 segundos y la axilar en aproximadamente 90 segundos. Cuando se complete la medición, la pantalla destellará y el dispositivo emitirá un pitido.
5. Para su referencia, lea y anote la temperatura y la hora de la medición. La lectura se almacenará automáticamente en la memoria.
6. Presione el botón multifunción (Multi-Function) para apagar el dispositivo. Esto aumentará la vida útil de la batería. Si no apaga el dispositivo, éste se desconectará automáticamente en aproximadamente 10 minutos.

Uso oral:

1. No beba líquidos fríos o calientes, no haga ejercicio físico o realice otras actividades que puedan aumentar o disminuir la medición de la temperatura, cuando la compare con su temperatura normal o promedio. La boca debe permanecer cerrada durante 5 minutos antes de tomar la temperatura.
2. Coloque el extremo de la sonda de medición debajo de la lengua como se muestra en la figura 2.

Figura 2
3. Pídale a los niños que no muerdan la sonda de medición.
4. La temperatura máxima se alcanza en alrededor de 60 segundos. Si se abre la boca o no se coloca correctamente el extremo de la sonda de medición, el tiempo necesario para obtener la medición puede ser mayor.

Uso rectal:


1. Se utiliza normalmente en bebés, niños pequeños o cuando es difícil tomar la temperatura oral o axilar.
2. Después de colocar la cubierta en la sonda de medición del termómetro, lubríquela con gelatina hidrosoluble o vaselina.
3. Inserte con cuidado el extremo de la sonda de medición en el recto, como máximo media (1/2) pulgada o 1,3 centímetros. Si halla resistencia no fuerce la entrada del extremo de la sonda en el recto.
4. Deshágase de la cubierta usada de la sonda de medición y lave el termómetro de la manera recomendada.
5. La temperatura máxima se alcanza en aproximadamente 40 segundos.

Uso debajo del brazo (axilar):

1. Limpie la axila con una toalla seca.
2. Coloque el extremo de la sonda de medición en la axila y apriete el brazo contra el cuerpo.
3. En lo posible, la sonda de medición debe apuntar hacia arriba en la misma dirección que su cuerpo.
4. El tiempo necesario para una medición axilar adecuada son 90 segundos o más dependiendo de la colocación de la sonda y del ajuste del brazo contra el cuerpo.

Cómo funciona la opción de °F o °C, grados Fahrenheit o centígrados

(cómo cambiar la escala de medición). De la posición "OFF" (apagado), mantenga presionado el botón "MULTI-FUNCTION" (multifunción) durante 5 segundos. El termómetro cambiará automáticamente de °F a °C o °C a °F. Suelte el botón. Puede alternar entre °C y °F. Después de 3 segundos, en una escala, el indicador de °C o °F destellará, avisándole que está listo para realizar la medición.



Cómo cambiar la batería:

Cuando aparece en el ángulo inferior derecho de la pantalla el indicador "—", la batería está agotada y debe reemplazarse. Asegúrese de tener disponible una batería del mismo tipo y proceda de la siguiente manera: Quite la tapa del compartimiento de la batería. Para extraer la batería utilice un destornillador Phillips pequeño. Inserte una batería nueva del mismo tipo (1,55v, LR41 o SR41). Asegúrese de que la batería está colocada correctamente con el símbolo "+" hacia arriba y apuntando a la parte trasera del dispositivo. Vuelva a colocar con cuidado la tapa del compartimento de la batería. Deshágase adecuadamente de las baterías, manteniéndolas fuera del alcance de los niños y del calor.

Estándares:

Estándar del dispositivo: El dispositivo corresponde a los requisitos del estándar para el termómetro electrónico ASTM E 1112, EN 12470-3, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2
Compatibilidad electromagnética: El dispositivo satisface las estipulaciones del IEC estándar 60601-1-2
El fabricante recomienda un control de calibración cada 2 años.

Cómo cuidar este producto:

- Se recomienda utilizar cubiertas sobre la sonda de medición para evitar esparcir gérmenes y para mantener limpia el termómetro. El termómetro debe limpiarse cada vez que se utiliza, incluso si se usan cubiertas sobre la sonda.
- Limpie el extremo del termómetro y la sonda de medición utilizando sólo alcohol isopropílico, agua y jabón.
- Cuando no lo utiliza guarde el dispositivo en el estuche de protección.
- No lo guarde o lo deje expuesto a los rayos directos del sol o a altas temperaturas.
- Mantenga la batería lejos del alcance de los niños.
- Sólo abra el termómetro para reemplazar la batería.
- No deje caer el termómetro, porque puede dañarse.
- El fabricante recomienda verificar la precisión del dispositivo en un laboratorio autorizado.

Digital Fever Thermometer

USE, CARE & MAINTENANCE



Specifications

Size/Taille/Talla:	5" L x 3/4"W x 3/8"H (12.7cm L x 1.905cm W x .9525cm H)
Weight/Poids/Peso:	0.388 oz (11 grams)
Display:	LCD, Liquid Crystal Display
Affichage:	LCD, Affichage à cristaux liquides
Visualización:	LCD, Indicador de cristal líquido
Battery/Batterie/Batería:	1.55v (LR41) Alkaline
Battery Life:	Estimated 1,500 uses
La Vie de Batterie:	Estimé 1.500 utilisations
Vida De La Batería:	Estimado 1.500 aplicaciones
Measurement Time:	Oral 60 Seconds / Rectal 40 Seconds / Axillary 90 Seconds
Temps de Mesure:	60 secondes orales/40 secondes rectales/90 Segundos Axillaires
Tiempo De la Medida:	60 segundos orales/40 segundos rectales/90 Segundos Axilares
Measurement Range:	90.0°F to 109.9°F / 32.0°C to 43.9°C
Chaine de Mesure:	90.0°F a 109.9°F / 32.0°C a 43.9°C
Rango De la Medida:	90.0°F a 109.9°F / 32.0°C a 43.9°C
Accuracy:	0.2°F / 0.1°C between 96.0°F to 107.0°F / 34.0°C to 42.0°C at a room temperature of 64.4°F to 82.4°F / 18°C to 28°C
Exactitude:	0.2°F/0.1°C entre 96.0°F à 107.0°F/ 34.0°C à 42.0°C à une température ambiante de 64.4°F à 82.4°F/ 18°C à 28°C
Exactitud:	0.2°F/0.1°C entre 96.0°F a 107.0°F/ 34.0°C a 42.0°C en una temperatura ambiente de 64.4°F a 82.4°F/ 18°C a 28°C
Measurement Mode:	Real measurement with peak-hold method
Mode de Mesure :	La vraie mesure avec crête-tienent la méthode
Modo De La Medida:	La medida verdadera con pico-sostiene método
Audible Alarm:	1 beep at start-up. Continuous beep at measurement completion
Alarme Sonore:	1 bip à la mise en train. Bip continu à l'accomplissement de mesure
Alarma Audible:	1 señal acústica en el start-up. Señal acústica continua en la terminación de la medida
Auto Turn Off:	In approximately 10 minutes
Automatique Éteignez:	En approximativement 10 minutes
Auto Dé vuelta Apagado:	En aproximadamente 10 minutos
Memory Feature:	Stores last temperature taken.
Dispositif de Mémoire:	Les mémoires durent la température prise.
Característica De La Memoria:	Los almacenan duran la temperatura tomada.
Operation Environment:	10 °C to 40 °C / 50 °F to 104 °F
Environnement d'opération:	10 °C à 40 °C / 50 °F à 104 °F
Storage Environment:	-25 °C to 55°C, humidity of 15 % to 95 % (noncondensing)
Environnement de stockage:	-25 °C à 55°C, humidité de 15 % à 95 % (noncondensant)
El Ambiente del almacenamiento:	El Ambiente del almacenamiento:

Parts and Assembly

Pièces et Assemblée

Piezas y asamblea



Probe Tip Extrémite De Sonde Extremidad De La Punta de prueba

Display Window Viseur Ventana De Visualización

Multi-Function Button Bouton Multi-Function Botón De múltiples funciones

WARRANTY: This Thermometer is guaranteed for a period of 24 months from date of purchase. This warranty does not cover batteries, or damage resulting from improper handling or use. Specific legal rights stipulated in your state may guide this warranty. If you have a legitimate claim under this warranty, send item(s) postage paid to Service Center, Attn: Repair Dept., 55 Commerce Dr., Hauppauge, NY 11788. Please include your name and address, phone no., proof of purchase, and a brief note explaining the problem., your return address and \$2.00 to cover shipping and handling.

GARANTIE: Ça Thermomètre c'est garantir pour une époque de 24 le mois de la date de achete. Ça garantie fait pas pour batteries , ou tout résultat de scabreux manutention ou utilité. Spécifique légal équitable stipuler dans votre statut. Mai guider ça garantie. Si vous avez une légitime réclamer sous ça garantie, Envoyez l'affranchissement d'item(s) payé au centre commercial. A l'attention de : Réparez Le Service, Dr. Du Commerce 55, Hauppauge, NY 11788. Veuillez inclure votre nom et adresse, numéro de téléphone, preuve d'achat, et une note sommaire expliquant le problème., votre élire adresse et \$2.00 à parcourir expédition et manutention.

ORDEN: Esto Termómetro es garantizado por un ciclo de 24 meses de cita de compra. Esto orden does no abriga batería, o daño resultado de improprio manejo o uso. Especifico legal derechos estipular en su estado Mayo guía esto orden. Si usted haber un legítimo reclamo bajo esto orden. Envíe el franqueo del item(s) pagado al centro de servicio., Attn: Repare El Departamento, El Dr. Del Comercio 55, Hauppauge, NY 11788. Incluya por favor su nombre y dirección, el teléfono No., prueba de la compra, y una pequeña nota que explica el problema., su volver domicilio y \$2.00 tapar embarque y manejo.

Type BF applied part

Read the instructions carefully before using this device

Service Center

55 Commerce Drive, Hauppauge, NY 11788

Inspected in the U.S.A.

Made in China

p/n 93-413Z-00 rev 2

Printed in China